

DSC ANALİZİ

1. Numune analizleri oda sıcaklığı ile 200°C aralığında yapılmalıdır.
2. Analizler alüminyum kroze ile yapılmalı ve kroze hermetik olarak kapatılmalıdır.
3. Analizler azot atmosferi ortamında gerçekleştirilmelidir.
4. Analizler iki kez tekrarlanmalıdır.

S.T.