

## Sarf Malzeme Teknik Şartname

**BAP No:** FF210621B07

- İstenilen kimyasallar uluslararası standartlara uygun şekilde paketlenmeleri ve taşınmaları gerekmektedir.
- Kimyasallar paketleri ve etiketleri yırtılmamış, zedelenmemiş ve hasar görmemiş şekilde teslim edilmelidir. Etiketleri üzerindeki veriler okunur şekilde olmalıdır.
- Kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır. Kimyasalların temin edildiği firmalar tüm kullanıcılarla kabul edilmiş merck(sigma), alfa-easer ya da muadili olmalıdır. İstenilen minimum yüzdeler aşağıda belirtilmiştir.
  - Allil isotiyosiyonat,  $\geq 95$
  - 1-Vinil İmidazol,  $\geq 99$
  - 2-Hidroksi etilmetakrilat,  $\geq 99$ , inhibitör miktarı maksimum 50 ppm
  - Trietil amin,  $\geq 99$
  - Benzoil peroksit,  $\geq 75$ , maksimum %25 stabilizör olabilir.
- Floresans lambalar, UV-A özellikte olmalıdır. Markası Philips ya da muadili kalite olmalıdır. Lambanın dalga boyu aralığı 315 m-360 nm arasında salınım verebilmelidir. Ömrü en az 1000 saat olmalıdır. Fotopolimerizasyon tekniğine uygun özellikleri taşınmalıdır. Garanti süresi dışında bozulma gerçekleşirse %100 değişim garantisi olmalıdır.

Araş. Gör. Dr. Fehmi SALTAN

F.S