

HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAPILACAK ANALİZ: TG-DTA-DSC ANALİZİ

İSTENİLEN ŞARTLAR: 1 saat süreli (25°C'den 600 °C'ye kadar, 10°C/dk hızında ısıtma hızında Azot Ortamında 100ml/dk)

NUMUNE SAYISI: 3 ADET

Mustafa DAG
Araştırma Görevlisi

