

## Cell Proliferation Kit Teknik Şartname

- 1- Kolorimetrik olmalı
- 3- 475 nm'de okunabilmelidir
- 4- 1000 rxn olmalıdır. Aşağıdaki komponentlerden oluşmalıdır  
XTT Solution (sterile) 5x10 ml  
Activation Reagent PMS (sterile) 5x 50µl
- 5- Kit ile birlikte kullanılacak olan steril DMSO 1 Litre verilmelidir
- 6- Kit çalışmadığı takdirde yenisi ile değişimi sağlanmalıdır
- 7- Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya Türkiye'de tek yetkili distribütör tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
- 8- Kit daha önce denenmiş ve uygun sonuç alınmış olmalıdır. Deneme için firmalar 100 rxn luk örnek göndermelidir. Daha önce laboratuvarında denenmemiş ürünler teklif tarihinden 3 gün önce test edilmek üzere numune bırakılmalıdır
- 9- Fiyat olarak oldukça ucuz olan ve orjinal olmayan kitler hiçbir şekilde çalışmamaktadır. Bu şekilde teklif veren firmalar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir
- 10- Kısmi tekliflere tamamen kapalıdır

**Doç.Dr.Ebru KILIÇAY**

