

SİKLOHEKZAN TEKNİK ŞARTNAME

1. Gaz kromatografi için % 99,8 saflıkta, buhar basıncı 168,8 mmHg (37,7°C) ve 77 mmHg (20°C), < %0,01 su, kinematik viskozitesi 1,26 cSt (20°C), kaynama noktası 80,7°C, çözünürlüğü 0,05 g/L, yoğunluğu 0,779 g/mL (25°C), refraktif indeksi n₂₀/D 1.426 (lit.) olmalıdır.